

PATIKROS SERTIFIKATAS

Nr. NMS-2025-0125911

Data	2025-03-07
Puslapių skaičius	1 (vienas)
MP pavadinimas, tipas, Nr. matavimo ribos, tikslumas	Daugiafunkcis instaliacijos matuoklis METREL EUROTTEST MI3102H BT Nr. 23131558 0...19,99 GΩ ± 5...20%, 0...1999 Ω ± 3...5%; 0...9999 Ω ± 5...30%, 0...9,99 kΩ ± 5...10%, 0...550 Vac ± 2%, iki 499,9 Hz ± 0,2%, iki 300 A ± 3...5%, 0...19,99 klux ± 5...10%
MP savininko pavadinimas, įmonės kodas arba adresas	MB Elmatavimai, į.k. 307063629
Patikros metodo žymuo	SPM 135896117-02:2018
Naudotos etaloninės MP pavadinimas, tipas, Nr.	Kalibratoriai: Wavetek 9100 Nr. 40746, INMEL 33 A Nr. 030127, varžynai: P327 Nr. 0645, Cropico RH9A Nr. 41J-0875
Patikros protokolo registracijos Nr., data	180986-1-1 2025-03-07
Matavimo priemonė patikrinta (laboratorijos pavadinimas)	Kauno regiono laboratorija
Išvada	Tinkamas
Patikros sertifikatas galioja iki	2026-03-06
Metrologas	Virginija Jasevičienė
Laboratorijos vadovas	Virginija Jasevičienė