CKBL
centrinė kalibravimo ir bandymų laboratorija

LMI
LIETUVOS METROLOGIJOS INSPEKCIJA

Kauno g. 34, 03202 Vilnius, Tel. (8 658) 75 816

Paskirtosios įstaigos spaudas,
urodantis pavadinimą, adresą, telefoną
(spaudas dedamas išrašius sertifikatą)

PATIKROS SERTIFIKATAS

Nr. 2458761

Data 2026-03-10

Puslapių skaičius 1

MP pavadinimas, tipas, Nr., matavimo ribos, tikslumas: Daugiafunkcis instaliacijos parametrų matuoklis Metrel MI 3102H CL Nr.12040731 (0÷9,99)GΩ; (0÷1999)Ω; (0÷500)V; (0÷19,99)A ±(2÷30)%

MP savininko pavadinimas, įmonės kodas arba adresas: MB „Elmatavimai“, į.k.307063629

Patikros metodo žymuo: BPM 111950581-69:2025

Naudotos etaloninės MP pavadinimas, tipas, Nr.: Kalibratorius Transmille 4010 Nr.Y1222D16; Kalibratorius Transmille 3200 Nr.108153G6; Varžynas P4831 Nr.634; Varžynas HRRS-B-8-100k-5kV-WT Nr.F1-25401163

Patikros protokolo registracijos Nr., data: NKV26E99 2026-03-10

Matavimo priemonė patikrinta (laboratorijos pavadinimas): Centrinė kalibravimo ir bandymų laboratorija

Išvada: MP tinkama naudoti

Patikros sertifikatas galioja iki 2027-03-09 (data)

A. V.

Metrologas (pareigų pavadinimas) (parašas) Centrinės kalibravimo ir bandymų laboratorijos metrologas Romas Šalčius (vardas ir pavardė)

Laboratorijos vadovas (pareigų pavadinimas) (parašas) UAB „Vilduja“ Laboratorijos vadovas Leonid Kladovščikov (vardas ir pavardė)

2025 UAB „LODVILA“ 01539